


AGITEK

CE

Side 2 af 9

Fabrikation og Produktbeskrivelse.

Produkt: Hospitals madras.	Udarb. af: PEA	: 01.02.2016
	Kontr. af: JPB 	Dato: 25.02.2016
Model : OMEGA & OMEGA +	Serie nr. fra: 2016-0001	År: 2015

Fabrikation.

Produktionen af madrasserne er sket i et tæt samarbejde mellem Carpenter ApS og Agitek ApS.

Carpenter ApS, er blandt de markedsførende producenter af skum for møbler og madrasser worldvide med egne laboratorier og testcentre.

Carpenter ApS Har produceret madrasserne samt stået for HMI tests, indkøb af betræk og lynlåse, samt færdiggørelse og pakning af produkterne.

Agitek ApS er leverandør af avancerede specialsenge til psykiatrien. samt Pullmann Senge til sygehuse, skibe, hoteller og hostels.

Agitek har stået for alle eksterne tests som Vaske & Brandtests .

Anvendelse af produkterne.**OMEGA.**

Kvalitetsmadras beregnet til patienter uden risiko for liggesår.

OMEGA +

Kvalitetsmadras beregnet til patienter med risici for at udvikle liggesår.

Levetid.

Estimeret 5 til 6 år ved normal brug og vedligeholdelse.

Jvnf.: BilagAnnexe 2 A